隠岐病院医療資機材等整備事業
生体情報モニタ　一式

修正版

仕　　様　　書

隠 岐 広 域 連 合 立
隠 岐 病 院

Ⅰ．調達物品名及び構成内訳

品　名：生体情報モニタ　一式

構成内訳：

ベッドサイドモニタ本体	1台
ポータブルモニタ本体	2台
成人用動脈血酸素飽和度プローブ	3個
ＣＯ２センサキット	1個
バッテリパック	1個
ベッドサイドモニタ専用架台	1台
アダプタ	1個
~~ＣＯ２センサキット~~	~~1個~~ （正）削除

Ⅱ．基本仕様

（性能、機能及び技術等に関する仕様項目に関しては、以下の要件を満たすこと）

１．ベッドサイドモニタ

（1）次の項目について測定が可能であること。ECG、ST、RESP、SpO2、NIBP、IBP、TEMP、ETCO2

（2）タッチパネルによる操作が可能であること。

（3）最大5トレース以上の表示が可能であること。

（4）最大2トレース以上のECG表示が可能であること。

（5）ECGカスケード表示が可能であること。

（6）波形表示時間は約5秒以上可能であること。

（7）波形・数値表示色の変更が可能であること。

（8）ショートトレンドが可能であること。

（9）OCRG表示が可能であること。

(10) 1誘導以上の不整脈解析が可能であること。

(11) 10項目以上の不整脈解析が可能であること。

(12) リスト記録が可能であること。

(13) 不整脈リコールの記録ができること。

(14) レコーダを内蔵していること。

(15) 成人用動脈血酸素飽和度プローブは水洗い可能であること。

(16) 当院指定（日本光電工業株式会社製医用テレメータWEP-5208）の生体情報モニタと送信可能なこと。

２．ポータブルモニタ

（1）次の項目について測定が可能であること。ECG、RESP、SpO2

（2）防水構造であること。

（3）電池寿命は、ECG、RESP、SpO2測定時に5日以上であること。

（4）成人用動脈血酸素飽和度プローブは水洗い可能であること。

（5）当院指定（日本光電工業株式会社製医用テレメータWEP-5208）の生体情報モニタと送信可能なこと。

Ⅲ．その他特記事項

（その他特記事項に関しては、以下の要件を満たすこと）

（1）納入物品の搬入に要する養生及び据付け並びに稼働のための調整等を行うこと。

（2）装置の納入場所については、当院と協議すること。

（3）納入物品の搬入、据付け及び調整については、当院と協議の上、行うこと。

（4）搬入・設置・配線及び調整等に要する費用は負担すること。

（5）落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、当院と協議の上、最新の仕様にて引き渡すこと。

（6）年間を通じて故障時のための連絡体制が整備されていること。

（7）障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。

（8）納入物品の保証期間は、納入検査終了後１年間以上とすること。

（9）本装置一式が正常に稼働、臨床上最適に使用できるよう、設置稼働後１年は無償で定期的な点検を行い調整すること。
(10) 納入物品は、納入後において少なくとも耐用年数中は稼働に必要な消耗品及び故障時における交換部品の安定した供給が確保されていること。
(11) 取扱説明書及び簡易取扱説明書は、日本語版で１部以上提供すること。
(12) 納入物品には、基本的機能を損なわないよう必要な付属品等を備えること。
(13) 納入物品のうち、薬事法の製造承認の対象となる医療器具については、厚生労働大臣の承認を受けていること。
(14) 本仕様書に明示無き事項については、当院の指示のもとに実施すること。